

臺南市立安南醫院 (TMANH)

「波士頓科技 Jetstream 傑思楚血栓旋切導管」自費說明書

這份說明書是說明有關您即將接受的自費或自費差額項目的相關內容，可做為您與醫師討論的補充資料，麻煩您仔細閱讀，如果您有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

自費(差額)特材名稱：

波士頓科技 Jetstream 傑思楚血栓旋切導管

自費(差額)特材金額：

全自費台幣\$157,950.00

產品特性、使用原因及適應症：

適應症 JETSTREAM 血管的斑塊旋切術分裂去除上下肢周圍動脈內自展式裸金屬支架的支架再不適用於冠狀動脈，頸動脈，腸骨或腎血管

應注意事項：

僅限使用溫生理鹽水病患遭受傷害導線操作導管可能導致血管損壞或導線治療期間，不要使導管尖端位於與導線彈簧尖端部位相距 10.0 釐米的範圍內導管尖端與導線部分的相互作用可能會導致導線尖端損壞或脫落

可能副作用：

突然或亞急性閉合，截肢·出血併發症，穿刺部位，出血併發症，非穿刺部位血管剝離，遠端栓塞低血壓感染或發燒輕微燒傷

醫師(或醫事專業人員)簽名：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院心臟外科週邊血管導管室 敬啟