

臺南市立安南醫院 (TMANH)

「"波士頓科技"華斯登支架暨傳送系統-靜脈支架」自費說明書

這份說明書是說明有關您即將接受的自費或自費差額項目的相關內容，可做為您與醫師討論的補充資料，麻煩您仔細閱讀，如果您有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

自費(差額)特材名稱：

"波士頓科技"華斯登支架暨傳送系統-靜脈支架

自費(差額)特材金額：

全自費台幣\$38,880.00

產品特性、使用原因及適應症：

華斯登靜脈支架適用於洗腎患者靜脈出口狹窄成形術失敗後及且無法進行手術重建者，方可推薦使用。

應注意事項：

支架安裝注意事項安裝支架前，應以傳統氣球血管成形術導管預先撐開目標病灶。如遇須異常施力狀況，切勿釋出支架;若支架無法順利展開，應更換另一組裝置請勿在導引線未從末端伸出的情形下推進輸送導管。

可能副作用：

對維生素K或血液製劑療法無反應的出血異常病患，不可使用華斯登靜脈支架。

醫師(或醫事專業人員)簽名：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院心臟外科週邊血管導管室 敬啟