

3.0mm 45 度斜角低溫氣化棒(重新消毒使用品)自費說明書

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

3.0mm 45度斜角低溫氣化棒 (重新消毒使用品)



II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下

自費項目名稱	應付金額
3.0mm 45 度斜角低溫氣化棒(重新消毒使用品)	9,479 元

III. 產品特性

1. 直徑 3.0mm
2. 前端 45 度設計，可較緊貼組織，移除時使用。
3. 即時吸引功能，能將組織與氣泡同時吸出，保持關節鏡視野清晰。
4. 根據衛生福利部「單次使用醫療器材管理研商會議」，為降低病患使用成本，本品項為多次使用(最多 3 次)，其消毒及保存由本院感控查核機制及消毒保存管理規範。

IV. 使用規範及適應症

用於關節鏡與骨科手術之軟組織的切除、脫落和凝結，以及血管的止血、傷口的清創、軟組織的清除等作用。

V. 應注意事項

如同電刀手術的結果，因治療隨同發生的侵害可能會損害周遭組織。

VI. 副作用

1. 輕微發炎反應的可能性發生。

臺南市立安南醫院

3.0mm 45 度斜角低溫氣化棒(重新消毒使用品)自費說明書

2. 過敏反應的可能性。

3. 深層及淺層感染的可能性。

4. 重複使用的醫材相較單次使用品項會較高風險，但本院有專門設置感控查核機制及消毒保存管理規範，對產品之消毒使用最高規格的高溫高壓鍋消毒模式，並對使用品項作嚴格規範。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

用於關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、血管止血等作用，故無健保替代品。

病人或家屬簽名：_____

醫師簽章：_____ 說明日期：民國_____年_____月_____日

臺南市立安南醫院骨科部 敬啟