

臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

"信迪思"鎖定加壓骨板自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

"信迪思"鎖定加壓骨板

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見於最後

III. 產品特性

此產品是設計來支援骨接合術(內固定手術)與矯正骨骼變性、或使用於人工關節置換等，它能改善：


1. 骨折碎片或骨骼節段之解剖復位或重建
2. 依照局部生理機能要求的穩定內固定
3. 維持骨骼與軟組織的血液供應
4. 肢體的早日活動

IV. 使用規範及適應症

1. 此產品適用於治療創傷性或病理性骨骼病變、風濕性關節替換。
2. 此產品是設計來促進傷口與骨骼的癒合，並非完全承受治療中骨骼節段的負荷。

V. 應注意事項

1. 對於合併有其它疾患者，如骨質疏鬆症、感染、藥物濫用、酒癮、癲癇、老年患者、體重過重等，應先確認傷害程度與改變所需的外科治療，而慎選外科治療方式和適用的植入物。
2. 負荷量應注意適當，並且遵照醫囑手術後適當的行為動作，以免減緩復原速度。



臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

"信迪思"鎖定加壓骨板自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

VI. 副作用

1. 植入物變形失敗歸咎於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。
2. 過敏反應歸咎於無法適應植入物材質。
3. 癒合緩慢歸咎於血液循環系統障礙。
4. 植入物而引起的疼痛。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

1. 骨質疏鬆患者有較佳的固定效果。
2. 復雜性骨折可使用。
3. 縮短手術時間。
4. 材質好，較能對抗骨折變形移位。

醫師簽章：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院(TMANH) 骨科部 骨創傷科 敬啟