

臺南市立安南醫院(TMANH)

"邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

"邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下

自費項目名稱	應付金額	勾選
"邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統/遠端橈骨骨板 "Biomet"DVR Crosslock Distal Radius Plating System/DVR Crosslock Plate	64,800 元	

III. 產品特性

1. 此自費鋼板採取完全關節面服貼設計：DVR Crosslock完全服貼於關節面。且關節面備有22mm、24mm、28mm寬度之骨板，能符合各種關節面形狀及寬度需求。關節面服貼設計讓鋼板的厚度輕薄，降低術後患部周遭韌帶磨損之機率，減少二次傷害風險。
2. 提升手術效益：採用獨家F. A. S. T. guide設計，互鎖式螺釘輔助器已先鎖入骨版上。此設計節省整體手術時間，且使手術中視野更清晰，有助於關節面復位。
3. 多重螺釘選項：除標配2.7mm互鎖式螺釘和 2.7mm加壓螺釘外，還配置2.2mm無螺紋圓頭鎖定式螺釘，圓頭設計減少對關節面刺激，進一步保護軟組織；多角度螺釘可針對Radius Styloid碎片自由控制角度進行固定。

IV. 使用規範及適應症

本產品使用金屬製手術用具，為骨科醫師提供了固定骨骼的方法，並幫助骨折和重建手術的一般性處理。

臺南市立安南醫院(TMANH)
"邦美"遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統自費說明書
全民健康保險特殊材料給付規定

V. 應注意事項

- 此類植入物是設計作為正常癒合的引導，而非替代正常身體構造或在骨癒合未完全時負荷體重。
- 在承載負荷或體重之下，延遲癒合或不癒合，最終可能引起植入物因金屬疲勞而斷裂。所以有金屬製外科植入物，都會在使用時承受重複應力而導致金屬疲勞。
- 有活動性感染的病史、骨量或骨質不足以使骨折穩定時請勿使用。

VI. 副作用

- 身體對異物的過敏反應。
- 金屬植入物在體內可能有感染風險。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

產品使用之特性及安全性，已大大降低術中風險，並提高術後之治療效果。

醫師簽章：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院(TMANH)

骨科 敬啟