

臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

“靈威特” 懸吊固定裝置自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

這份說明書是說明有關您即將接受的手術之內容、效益、風險、以及替代方式，做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充分瞭解本份說明書的內容，所以請您仔細閱讀，如果您對這次手術有任何疑問，請務必再與您的醫師討論，醫師很樂意再次為您說明，讓我們一起為您的健康努力。

I. 自費(差額)特材名稱

靈威特懸吊固定裝置

II. 自費(差額)特材金額

價格依型號不同而異，金額詳見如下



自費項目名稱	應付金額
“靈威特” 懸吊固定裝置 “Linvatec” X0 Button Suspensory Fixation Device	20,000 元

III. 產品特性

X0 Button 是用來將軟組織固定到骨頭的單次使用鈦植體。本產品並包含一個以 Dyneema Purity 超高分子量聚乙烯材質製成的連續環線，有各種不同尺寸以提供不同的骨通道長度使用來方便將軟組織固定到本裝置。X0 Button 裝置預先裝配5號聚酯及3-4號 Hi-Fi操作線。

IV. 使用規範及適應症

本產品適用於將軟組織固定到骨頭的骨科手術，例如：前十字韌帶修復、後十字韌帶修復、內側副韌帶修復、外側副韌帶修復。

V. 應注意事項

1. 手術部位應注意避免感染。
2. 本產品可降低手術複雜性、減少手術時間及增加韌帶修復位置之固定，但無法減少其他導致手術失敗之因素。

臺南市立安南醫院(Tainan Municipal An-Nan Hospital)

“靈威特” 懸吊固定裝置自費說明書

全民健康保險特殊材料給付規定

VI. 副作用

◇ 身體對異物的過敏反應。

VII. 與健保(已)給付品項之療效比較(或替代選擇)說明

1. 固定修復之韌帶效果優於單純使用健保給付之可吸收骨釘，因它是將韌帶懸吊固定在骨頭上，增加韌帶修復位置之固定。
2. 本產品可減少骨隧道擴張程度。
3. 本產品可以降低手術複雜性。
4. 本產品會減少手術時間。

醫師簽章：_____說明日期：民國_____年_____月_____日

病人或家屬簽名：_____

臺南市立安南醫院(TMANH) 骨科部 敬啟